年　　月

冰　箱　溫　度　記　錄　表

日　期	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
時　間	上午 下午	上午 下午	上午 下午	上午 下午	上午 下午	上午 下午	上午 下午	上午 下午	上午 下午	上午 下午	上午 下午	上午 下午	上午 下午	上午 下午	上午 下午	上午 下午	上午 下午	上午 下午	上午 下午	上午 下午	上午 下午	上午 下午	上午 下午	上午 下午	上午 下午	上午 下午	上午 下午	上午 下午	上午 下午	上午 下午
C																															
11																															
10																															
9																															
8																															
7																															
6																															
5																															
4																															
3																															
2																															
1																															
0																															
-5																															
-10																															
-15																															
-20																															
負責人簽名																															

主管簽章

注意事項：

一、請每日上午九時前及下午五時後監測冰箱溫度並分別記錄之。

二、冷藏溫度應保持2℃至8℃，不活化疫苗切勿結凍，放假、例假日請值班人員負責監測冰箱溫度及記錄，若發現溫度異常應依據「疫苗冰箱溫度異常緊急應變處理流程」緊急處理，以維疫苗效價。

三、各類疫苗請依據對冷、熱耐受度及判斷冰箱最低溫層，依規定分層存放，切勿放置食物、飲料或檢體。

四、請負責人每日簽章，每（週／月）記錄呈請主管簽章。