

KMSH-LSO115附表一：檢驗檢體退件條件

原因	說明
檢體病人辨識資料	檢體上未標示姓名或無標籤
檢體與檢驗單資料不符	檢體標示與檢驗單資料不同
檢體容器錯誤	檢體未使用正確容器盛裝
檢體外漏導致無法檢驗	檢體遭污染而影響檢驗
有單無檢體	只送檢驗單檢體未送
採血時間點與醫囑不符	未依醫師指定時間抽血
檢體超過採檢後允收時間	採檢後未於要求時間內送檢
非收件時間	送檢時間非受理時間
檢體註記不清楚	補送檢體或有指定部位未標示
備血檢體簽名不齊全	無或缺採集者、核對者簽名
檢體狀態不符合要求	檢體溶血、乳糜血、抗凝管檢體凝固、應冰浴運送檢體未冰浴
檢體不足	檢體採集量未達檢驗需求
未送檢驗單	有檢體但未送檢驗單

KMSH-LSO115 附表二：檢驗加測原則

類別	加測檢驗項目	加測原則 (時間)	備註
生化	Glucose 、Troponin	2小時內	1. 加測檢驗項目符合左列條件者接受加測申請。 2. 雖符合表列條件但有以下情況者無法接受申請需重送檢體：檢體量不足、溶血、保存失效(冰存)、已逾規定時間等，依實際檢體狀況決定。 3. 無法接受加測：Blood Gas、COHb、Lactate、Ammonia。
	Electrolyte	4小時內	
	其他生化(註3)	當日	
血液常規	CBC	當日	
血清免疫	全部	7日內	